

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5

A- 5700 Zell am See

20.12.2017

havon DES 60

Viruzide Wirksamkeit gegenüber Murinem Parvovirus im quantitativen Suspensionsversuch entsprechend EN 14476

GUTACHTEN

Die Prüfung des Produktes **havon DES 60** der Hagleitner Hygiene International GmbH wurde gemäß EN 14476 durchgeführt.

Die Prüfung erfolgte mit dem Testvirus **Murines Parvovirus VR-1346** (siehe Prüfbericht SN 22873-SN 24181 vom 20.12.2017).

Nach einer Einwirkzeit von **10 min** bei **60°C** des Produktes **havon DES 60** in der Dosierung **5g/l** bei hoher Belastung konnte eine Reduktion der Testviren in Kulturen von CCL 1.4 Zellen um ≥ 4 log-Stufen festgestellt werden.

Somit ist bei hoher Belastung eine viruzide Wirksamkeit des Produktes **havon DES 60** in der Dosierung **5g/l** gegenüber dem **Murinen Parvovirus VR-1346** innerhalb von **10 min** bei **60°C** entsprechend EN 14476 zu bestätigen.



Prof. Dr. med. H.-P. Werner